

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: hno@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.hamilton.nt-rt.ru

Полуавтоматическое устройство для инъекций Hamilton



- Повторные разведения 25 нл до 25 мкл
- Шприцевой насос ML510 обеспечивает точность и достоверность исследований
- Полный выход проб с инновационными шприцем и конструкцией иглы
- Набор шприца совместим со всеми деталями ML510

Полуавтоматическое устройство для инъекций лабораторным животным (LASI) Hamilton позволяет проводить высокоточные и достоверные жидкостные разведения. Простое касание ножного переключателя приводит в действие шприц для наполнения или разведения сверх-малых объемов. Полный путь движения жидкости в полуавтоматическом устройстве для инъекций LASI, проходящий через клапан, шприц и иглу, был специально разработан для исследований лабораторных животных. Экономьте время и снижайте вероятность ошибок исследователей с помощью полуавтоматического устройства для инъекций LASI.

Всемирно известные точность и достоверность

LASI основан на шприцах и высокоточных дилляторах, соответствующих промышленным стандартам фирмы Hamilton. Основной блок ML510 позволяет проводить разведения в пределах 25 нл - 25 мкл. Точность составляет 1%, достоверность - 0,2% для разведений от 2,5 до 25 мкл. При разведениях 0,025 мкл точность составляет 10%.

Полный выход образцов

Шприц с обратным наполнением и клапаны LASI обеспечивают точность и достоверность шприца Hamilton объемом 25 мкл с пустотелым плунжером, который позволяет вводить образец через обратный конец шприца. Возможность утечки при заливке элиминируется и драгоценный образец может быть полностью заправлен в шприц. Длинная гибкая игла LASI (60 см, 32 калибр) имеет "мертвый объем" менее 5 мкл. Шланг идеального калибра покрыт тефлоновым чехлом для усиленной защиты и крепости. Иглой можно управлять вручную или присоединять ее к стереотаксическому аппарату.

Совместим со старыми диспенсерами ML510

Любой старый диспенсер ML510, докомплектованный шприцом с обратным наполнителем, клапанами, иглой LASI и педальным переключателем, станет полноценной LASI системой.

Универсальность ML510

Основной блок ML510, не используемый в качестве LASI системы, может быть легко переоборудован в одношприцевой диспенсер для различных аппликаций. Многоцелевой насос ML510 стандартной конфигурации позволяет присоединять шприцы Hamilton различного объема от 10 мкл до 25 мл, ручные щупы, и клапаны для любых жидкостных манипуляций. Перекрестное загрязнение не является проблемой, поскольку все элементы пути движения жидкости являются сменными. Гибкое программирование и методика хранения, наряду с автоматическим разведением элиминирует возможность ошибки исследователей. Разведение образцов и аликвотный транспорт является одновременно простыми и высокоточными.

Универсальность основного блока ML510, который может быть легко трансформирован из полуавтоматического устройства LASI для инъекций лабораторным животным в обычный диспенсер для заполнения емкостей или разведения стандартов, делает этот прибор незаменимым для любой лаборатории.

Информация для заказа:

Область использования: <u>Полуавтоматические дозирующие системы Microlab 500</u>	Производство:	Hamilton
	Метод:	
	Объем:	
	Кат. номер:	LASI220

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: hno@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.hamilton.nt-rt.ru